

Adresa juridică **MD-2021, mun. Chișinău, str. Mt. Gurie Grosu, 17**

1. Analize efectuate în localuri permanente **MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29/5**

(adresa)

Nr.	Material analizat (Eșantion)	Analiza / principiul analitic	Parametrii determinați	Echipament/Document sau procedura de referință
1. HEMATOLOGIE				
1.1	Sânge	Hemoleucograma completă/ Citometrie în flux cu laser cu semiconductori/SLS, hemoglobina/fotometrie/Focusare hidrodinamică.	Număr eritrocite Hemoglobină Hematocrit Volum mediu eritocitar Hemoglobina medie pe eritrocit Concentrația de hemoglobină ritocitară medie pe eritrocit Lărgimea distribuției eritrocitare (AS) Lărgimea distribuției eritrocitare (CV) Leucocite Trombocite (numărul absolut) (PLT) Trombocritul Lărgimea distribuției trombocitare - Volumul mediu trombocitar Procentul de trombocite mari Neutrofile NEUT (#) NEUT (%) Limfocite LYMPH (#) LYMPH (%) Monocyte MONO (#) MONO (%) Eozinofile EO (#) EO (%) Bazofile BASO (#) BASO (%) Granulocite imature IG (#) IG (%)	Analizor automat de hematologie, Sysmex – XN-1000, nr. 50786, Sysmex Corporation Japonia PS-HE-01, ediția 03
		Examen microscopic al frotiului sanguin /microscopie optică	Examen citologic al frotiului sanguin	Microscopul Primo Star, Zeiss 3150002360 PS-HE-01, ediția 03

Nr.	Material analizat (Eșantion)	Analiza / principiul analitic	Parametrii determinați	Echipament/Document sau procedura de referință
1.2	Sânge	Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor /metoda Westergreen	VSH	Analizor automat pentru determinarea VSH, Cube 30 Touch, sn 2404, Italia 2023 Analizor automat pentru determinarea VSH, Cube 30 Touch, sn 2853 Italia 2023 PS-HE-01, ediția 03
1.3	Plasmă	Determinări de coagulare /coagulometrie	Activitatea protrombinică, (%). Raport internațional normalizat, INR Fibrinogen Timpul de tromboplastină parțial activat, aPTT	Analizator automat de coagulare STAGO COMPACT MAX-3, Nr. 07634 Diagnostica Stago SAS, Franța PS-HE-03, ediția 04
1.4	Plasmă	Determinarea produșilor de degradare a fibrinei/ Imunoturbidimetrie, cantitativ	D-Dimeri	Analizator automat de coagulare STAGO COMPACT MAX-3, Nr. 07634 Diagnostica Stago SAS, Franța PS-HE-03, ediția 04
2. BIOCHIMIE				
2.1	Ser/ plasmă	Determinări biochimice/ metoda spectrofotometrie	Proteine totale Creatinina Acid uric Urea Bilirubina totală Colesterol total HDL Colesterol LDL Colesterol Ca total Trigliceride Fier Alaninaminotransferaza, ALT Aspartataminotransferaza, AST Glucoza Alfa-amilaza	Analizor automat de biochimie, DxC 700 AU, BeckmanCoulter, seria 2020101677 PS-CH-01, ediția 03

Nr.	Material analizat (Eșantion)	Analiza / principiul analitic	Parametrii determinați	Echipament/Document sau procedura de referință
			Albumina ALP Amilase pancreatică Bilirubin, direct Calcium, ionised UIBC CK, total (CPK) Gamma GT LD (LDH) Lipase Magnesium Non-HDL Cholesterol Phosphate, Inorganic	
2.2	Sânge integral	Determinarea hemoglobinei glicate/Ion exchange HPLC (cromatografiei de lichide de înaltă performanță și de afinitate cu boronat)	HbA1c %	Analizator automat pentru determinarea hemoglobinei glicate Premier Hb9210, seria. 201924 PS-CH-03, ediția 03
2.3	Urina	Examenul sumar de urină și sedimentul urinar Examinarea microscopică a sedimentului urinar	Leucocite, Nitriți, Urobilinogen, Proteine, pH, Sânge, Densitatea, Corpi cetonic, Bilirubina, Glucoza, Acid ascorbic.	Analizator automat pentru determinarea urinei Cobas 6500, Modulul U601, nr. SU0802597, Modulul U701, nr. SV 0901931 Microscopul Primo Star, Zeiss, seria 3150002360 PS-CH-04, ediția 04
3. IMUNOLOGIE				
3.1	Ser	Determinări imunologice/metoda ELISA	Vitamina D, 25-OH Ac. Anti-HBc IgM/G Ac. Anti-HCV IgM/G	Cititor de plăci Sunrise, Tecan, seria 1609005392/ Austria PS-IM-10, ediția 03 PS-IM-01, ediția 03
			Testul alergologic ALEX la polen, acarieni, alimente vegetale, insecte și veninuri, fungi, alimente de origine animală, epiderme și proteine provenite de la animale, altele.	Analizor Automat de imunologie Macro Array Image Xplorer, 2018, seria. 22677305 Analizor Automat de imunologie Macro Array Diagnostics, Austria, 2021, Serie 21050064 PS-IM-19, ediția 03

Nr.	Material analizat (Eșantion)	Analiza / principiul analitic	Parametrii determinați	Echipament/Document sau procedura de referință
	Materii fecale	Determinări imunologice/ metoda ELISA	Antigen Helicobacter pylori	Cititor de placi Sunrise, Tecan, seria 1609005392/ Austria PS-IM-07, ediția 03
3.2	Ser	Determinări imunologice/ electrochemiluminiscență. (ECLIA)	Marcheri tumorali: Antigen specific prostatic total, tPSA – Antigen specific prostatic liber, fPSA Marcheri endocrini: TSH (Hormonul tireotrop) FT4 (Tiroxina liberă) FT3 (Triiodtironina liberă) LH (Hormonul luteinizant) FSH (Hormonul de stimulare foliculară) Testosteron total Alfa-fetoproteina, AFP Antigen carcinoembrionar, CEA Estradiol total Insulina Triiodtironina totală, tT3 Tiroxina totală, tT4 Tireoglobulina, Tg Vitamina B9, acid folic Vitamina B12, cianocobalamina	Analizator automat de imunologie COBAS e801, seria C011-08 Roche Diagnostics GmbH, Germania, 2019 PS-IM-22, ediția 03
3.3	Ser	Determinări imunologice/ chemiluminiscență (CLIA)	PRL (Prolactina) IgE HBsAg, screening Ac. anti-CCP (peptida ciclică citrulinată)	Analizator automat de imunologie Immulite 2000 XPi, seria C0501/2010 Analizor automat de Immulite 2000 XPi , seria L5056/2018 PS-IM-23, ediția 03
4. BIOLOGIE MOLECULARĂ				
4.1	Secreție vaginală, Secreție uretrală, Sperma	Detecția fragmentelor de material genetic viral, bacterian și din levuri din infecțiile cu transmitere sexuală.	N.gonorrhoeae / C.albicans / G.vaginalis / CMV / HSV-1 / HSV-2 / HPV-16 / HPV-18, raclaj urogenital T.vaginalis / N.gonorrhoeae / C.albicans / G.vaginalis / CMV / HSV-1 / HSV-2 / HPV-16 / HPV-18	Analizator Real -Time- C1000 /CFX96, Bio-Rad, SUA BR205880 787BR14643 Analizator Real-Time- DTprime, DNA-Technology, Rusia seria A5FN01 PS-BM-01, ediția 03

ANEXA

Modificarea nr. 4 din 04.08.2025

Laboratorul Medical din cadrul „Alfa Diagnostica” SRL

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LM – 008 din 27.07.2023

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO 15189:2022

Nr.	Material analizat (Eșantion)	Analiza / principiul analitic	Parametrii determinați	Echipament/Document sau procedura de referință
4.2	Plasmă	Detectia și determinarea viremiei ADN HBV (virusul hepatitei B) și ARN HCV (virusul hepatitei C) / prin metoda Real-Time PCR	Viremie ADN HBV	Analizator Real-Time- C1000 /CFX96 , Bio-Rad, SUA BR205880 787BR14643 Analizator Real-Time- DTprime, DNA-Technology, Rusia Nr A5FN01 PS-BM-02, ediția 03
			Viremie ARN HCV	

2. Localurile unde se efectuează colectarea eșantioanelor pentru examinări:

Adresa: mun. Chișinău: str. N.Testemițanu, 21, str. A. Russo, 15, str. M. Costin, 13/1, str. Decebal, 72/6, str. Mircea cel Bătrân, 3/2, str. Bucuresti, 116, Piața Unirii Principatelor, 1.

Adresa: mun. Bălți: str. Decebal, 126/4, str. Sadoveanu, 1.

Nr.	MATERIAL ANALIZAT (Eșantion)	Tipuri de analize	Echipament/Document sau procedura de referință
1	Sânge, urină, materii fecale, exsudat nazal, exsudat faringian, secreție uretrală, secreție prostatică, secreție vaginală, secreție cervicală, secreție din plagă, secreție otică, secreție conjunctivală, secreție oro-faringiana, secreție salivară, raclaj cutanat.	Parametri hematologici, biochimici, imunologici, de biologie moleculară.	Manual de recoltare/prelevare eșantioane biologice, cod MR-02

Aprobat**Director MOLDAC****Iurie FRIPTULEAC****Semnătura** _____ **Data** _____